

NOVÉ

Automatický procesor na
imunofluorescenční sklička

iPRO

iPRO



kat. číslo 84101



Technická špecifikace

Proces zpracování

- Kompletní zpracování IF vzorků (ředění, promývání, inkubace).
- Zásobník na 66 vzorků séra (6 zásobníků po 11 zkumavkách)
- Zásobník na 18-36 kontrol (velikost 0,3ml nebo 2ml)
- Zásobník na 5-10 konjugátů
- Zpracování najednou až 16 IF sklíček od různých výrobců v jednom kroku
- Počet zkumavek pro naředěné vzorky : 192 - při 4 ředěních lze zpracovat vzorky od 48 pacientů
- Doba zpracování vzorků od 70 min do 3,5 h
- Automatická čtečka čárových kódů pro vzorky a reagenty
- Minimální objem vzorku : 3µL
- Zkumavky na vzorky : 3 druhy

Rozměry a hmotnost

775 x 620 x 550 mm
83 kg

Další vlastnosti

- Otevřený systém (vč. Euroimmun)
- Řešení chybových hlášek přes online protokoly
- Základní kalibrace přístroje – uživatelem
- Možnost integrace všech výsledků o zpracování a odečtu vzorku na mikroskopu do programu iMLS (archivace dat)
- Import požadavků na zpracování vzorků z LIS
- Český software, jednoduchá obsluha a programování nových testů a profilů stanovení

Požadavky na PC

Min. Intel Core i3@3,3, GHz, Win10, 64 bitů, RAM 6 Gbytes, monitor SVGA 1280*800

Rentabilita

Od 3.000 testů/rok, což odpovídá 2 IF sklíčkům denně.

Cena na vyžiadanie.



JK-Trading s.r.o,
Dlhá 43, 900 31Stupava
tel.: + 421 264 774 591
P.O.BOX 053, Pošta 49
841 07 Bratislava
email: jk-trading@jk-trading.sk

Viac informácií :

Elena Dichtlerová 0907 670 888
email: jk-trading@jk-trading.sk
www.jktrading.sk